

## Информация о продукте

### БиоМастер HS-qPCR (2x)

Набор **БиоМастер HS-qPCR (2x)** содержит 2x реакционную смесь **БиоМастер HS-qPCR (2x)** и стерильную воду. 2x реакционная смесь **БиоМастер HS-qPCR (2x)** предназначена для проведения количественного ПЦР в режиме реального времени с использованием флуоресцентно-меченых зондов. В состав **БиоМастер HS-qPCR (2x)** входят все необходимые компоненты ПЦР (исключая ДНК-матрицу, праймеры и зонд):

- высокопроцессивная рекомбинантная *HS-Taq* ДНК-полимераза;
- смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов;
- ПЦР-буфер;
- $Mg^{2+}$ .

Смесь оптимизирована для проведения эффективной и воспроизводимой ПЦР с “горячим” стартом в режиме реального времени с образцами геномной, плазмидной и вирусной ДНК. В состав смеси входят добавки, повышающие время полужизни и процессивность *HS-Taq* ДНК-полимеразы за счет повышения её стабильности во время ПЦР. **БиоМастер HS-qPCR (2x)** реакционная смесь не содержит вещества, влияющие на температуры отжига праймеров и характеристики плавления матрицы.

ДНК-полимераза, входящая в её состав, неактивна при комнатной температуре. Для её активации необходим прогрев реакционной смеси при 95 °С в течение 5 мин. Представленная форма набора для проведения ПЦР экономит время и снижает вероятность контаминации за счет малого числа шагов пипетирования.

### Состав набора

Кат. #	БиоМастер HS-qPCR (2x)		Кол-во реакций по 25 мкл
	БиоМастер HS-qPCR (2x)	Вода	
MH020-400	4 × 1.25 мл	4 × 1.25 мл	400
MH020-2040	17 × 1.5 мл	3 × 1,8 мл	2040

### Состав БиоМастер HS-qPCR (2x)

100 mM Трис-НСl, рН 8.5, 100 mM КСl, 0.4 mM каждого нуклеозидтрифосфата, 10 mM  $MgCl_2$ , 0.1 ед. акт./мкл *HS-Taq* ДНК-полимеразы, 0,025% Tween 20, стабилизаторы *Taq* ДНК-полимеразы.

### Область применения

- ПЦР с “горячим” стартом в режиме реального времени с применением флуоресцентно-меченых зондов;
- Обычная ПЦР;
- Высоковоспроизводимая ПЦР;
- Мультиплексная ПЦР;
- Генотипирование.

### Свойства полимеразы

Рекомбинантная *HS-Taq* ДНК-полимераза обладает 5'-3' ДНК-зависимой полимеразной активностью и 5'-3' экзонуклеазной активностью нативной *Taq* ДНК-полимеразы из

*Thermus aquaticus*. Скорость продвижения *Taq* ДНК-полимеразы зависит от сложности ДНК-матрицы и составляет примерно 1 т.п.о./мин. Рекомбинантная *HS-Taq* ДНК-полимераза идеально подходит для стандартной ПЦР и ПЦР в режиме реального времени.

### Свойства реакционной смеси

- Реакционная смесь неактивна при комнатной температуре благодаря технологии “горячий” старт и активируется после инкубации при 95 °С в течение 5 мин;
- Смесь оптимизирована для специфичной работы *HS-Taq* ДНК-полимеразы, длительного хранения (хранение **БиоМастер HS-qPCR (2x)** в течение месяца при комнатной температуре не снижает эффективность ПЦР), многократного замораживания-размораживания.

### Преимущества использования

- Фермент с “горячим” стартом повышает специфичность, чувствительность и выход реакции;
- Для активации *HS-Taq* ДНК-полимеразы требуется не более 5 мин.
- Высокие селективность и выход реакции.
- Сокращается время на подготовку реакции;
- Снижается вероятность контаминации при смешивании компонентов ПЦР;
- Стандартизируются условия постановки однотипных реакций (снижается погрешность при смешивании компонентов ПЦР в разных экспериментах);
- Минимизируются трудозатраты.

### Ограничения к использованию

- Не рекомендуется использовать для ПЦР в реальном времени с интеркалирующими красителями. Для таких приложений следует использовать наборы **БиоМастер qPCR ROX SYBR Blue (2x)** или **БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue (2x)**.

### Протокол выполнения амплификации

1. Разморозить реакционную смесь и тщательно перемешать.
2. В тонкостенные пробирки для ПЦР добавить следующие компоненты из расчета объема одной реакционной смеси 25 мкл:

Компонент	Объем	Конечная концентрация
<b>БиоМастер HS-qPCR (2x)</b>	12,5	1x
<b>Прямой праймер</b>	переменный	0,1 – 600 нМ
<b>Обратный праймер</b>	переменный	0,1 – 600 нМ
<b>Зонд</b>	переменный	0,1 – 300 нМ
<b>ДНК-матрица</b>	переменный	1 пг – 1 мкг
<b>Стерильная вода</b>	до 25 мкл	

3. Осторожно перемешать и сбросить капли, используя центрифугу.
4. Провести ПЦР, используя рекомендованные ниже температурные условия:

Шаг	Температура, °С	Время инкубации	Количество циклов
Предварительная денатурация	95	5 мин	1
Денатурация	95	5-15 сек	30 - 50
Отжиг	50 - 68	5-15 сек	
Элонгация	58 - 72	5-30 сек	

Либо:



Шаг	Температура, °С	Время инкубации	Количество циклов
Предварительная денатурация	95	5 мин	1
Денатурация	95	5-15 сек	30 - 50
Отжиг/элонгация	50 - 68	30-60 сек	

5. Результат проведения ПЦР отображается в виде кривых амплификации.

**Хранение:** в месте, защищенном от попадания света: при +25 °С – 7 дней; при +4 °С – 4 месяца; при -20 °С – 18 месяцев; не более 50 циклов замораживания-размораживания.

**Транспортировка:** при 0 - +4 °С, допускается транспортировка при комнатной температуре до 3-х дней.

### Область линейности системы БиоМастер HS-qPCR (2x)



Амплификация фрагмента кДНК гена 18S мРНК в серии 10 кратных разведений от 10 фг до 1 мкг. Длина ампликона – 120 п.н. Реакция проводилась на приборе CFX96 Touch (Bio-Rad).

### Рекомендации для предупреждения контаминаций при ПЦР.

Во время ПЦР нарабатывается более 10 миллионов копий ДНК-матрицы. Таким образом, необходимо следить за возможностью попадания других матриц и ампликонов которые могут присутствовать в лаборатории. Ниже представлены общие рекомендации для снижения риска контаминации:

- Процедуры по подготовке ДНК образцы, открывайте и пипетируйте ПЦР смесь, амплификацию и анализ ПЦР продуктов необходимо проводить в разных территориальных зонах.
- Подготавливайте ПЦР смеси в ПЦР-шкафах с ламинарным потоком и оснащенных УФ-лампой.
- Используйте новые перчатки для очистки ДНК и приготовления ПЦР смесей.
- Используйте реагенты, предназначенные для ПЦР. Используйте наконечники для пипеток снабженные аэрозольным фильтром для подготовки ДНК образцов и замешивания смесей ПЦР.
- Всегда готовьте смесь без ДНК матрицы (отрицательный контроль) для проверки на контаминацию.

### Рекомендации для подбора праймеров

Для подбора праймеров и зондов рекомендуется использовать программу Oligo <http://www.oligo.net/> или аналоги. При отборе олигонуклеотидов соблюдайте следующие требования:

#### праймеры

- Длина 18-22 п.о.;
- Теоретические Tm между парой праймеров не должна отличаться более чем на 2 °С;
- Праймеры для проведения TaqMan ПЦР должны иметь Tm не менее 60 °С;
- GC состав праймеров в границах 40 – 60%;
- Длина продукта 70 – 150 п.о.;
- Минимизируйте вторичные структуры. Лучше их полное отсутствие.
- Проверяйте свои праймеры при помощи BLAST.

#### зонды

- Длина 22-26 п.о.;
- Температура плавления: 68-70°С.
- Минимум одинаковых нуклеотидов подряд (особенно G: не более 4-х подряд).
- Выбирайте ту цепь ДНК, на которой в пробе будет чаще встречаться C, чем G.
- На 5'-конце не должно быть G.
- Избегайте образование димеров зонда с праймерами и самокомплементарности.

### Образцы ДНК

- Чистота и целостность ДНК очень важна для успешного проведения ПЦР. Для выделения образцов ДНК, используйте стандартные методики, позволяющие в дальнейшем проводить амплификацию; В процессе подготовки и работы с образцами максимально ограничивайте

использование ПЦР ингибиторов (фенол, гемин и др.). В случае очистки образцов в геле, минимизируйте воздействие УФ излучения, для предотвращения пиримидиновых димеров;

- Подготовку реакционной смеси проводите в чистой зоне, используйте наконечники для пипеток с фильтром для уменьшения вероятности контаминации;
- Оптимальное количество ДНК, используемое в реакции, зависит типа образца и его чистоты. Например, для ДНК фага лямбда ~ 0,1 нг; ДНК *E.Coli* ~ 10 нг; ДНК человека ~10 – 50 нг.

### Характеристики циклов амплификации

#### *Начальная ДНК денатурация и активация фермента*

Очень важно достигнуть полной денатурации ДНК-матрицы в начале ПЦР, что обеспечит её эффективное использование во время первого цикла амплификации. Если GC состав матрицы 50% и менее достаточно 5 мин начальной денатурации при 95 °С.

#### *Денатурация*

Общепринятым временен денатурации на цикл в случае ПЦР в реальном времени считается 15 - 30 сек при 95 °С.

#### *Отжиг праймеров и элонгация*

Для TaqMan формата ровередения ПЦР в реальном времени стадия отжига и элонгации как правило объединяется в одну стадию с температурой 58-60 °С и длительностью 60 сек.

#### *Количество циклов*

Если имеется менее 10 копий ДНК-матрицы на реакцию, то для эффективной амплификации необходимо не менее 40 циклов. Для большего количества матрицы достаточно 25 - 35 циклов.

#### *Экзодеоксирибонуклеазная активность*

ДНК была стабильна после инкубации 1 мкг фрагмента ДНК фага лямбда в присутствии 25 мкл **БуоМастер HS-qPCR (2x)** в 50 мкл реакционной смеси в течение 4 ч. при 37 °С и 70 °С.

#### *Рибонуклеазная активность*

Отсутствие рибонуклеазной активности было подтверждено после инкубации 1 мкг 5'-[P<sup>32</sup>] меченого фрагмента РНК в присутствии 25 мкл **БуоМастер HS-qPCR (2x)** в 50 мкл реакционной смеси в течение 4 ч. при 37 °С.

ООО «Биолабмикс»  
630090 г. Новосибирск,  
Ул., Инженерная, 28  
Т/ф (383) 363-51-91  
<http://www.biolabmix.ru>

